



**Certificat d'approbation C.E.E. de modèles  
n° F-02-C-021 du 15 février 2002**

---

**Organisme désigné par  
le ministère chargé de l'industrie  
par décision du 22 août 2001**

**DDC/72/B011735-D3**

**Séparateurs de gaz FAURE HERMAN  
modèles SEGA-100, SEGA-200, SEGA-500, SEGA-1000 et SEGA-2000  
pour ensemble de mesurage de gaz liquéfiés (précision commerciale)**

-----

Le présent certificat est prononcé en application de la directive 71/316/CEE du 26 juillet 1971 modifiée, relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, de la directive 71/319/CEE du 26 juillet 1971 relative aux compteurs de liquides autres que l'eau et de la directive 77/313/CEE du 5 avril 1977 modifiée, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié, portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique et du décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la Communauté économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires.

**FABRICANT :**

FAURE HERMAN – 5, avenue des Andes – B.P. 126 – Les Ulis – 91944 COURTABOEUF CEDEX

Ateliers : Route de Bonnétable – 72400 LA FERTE-BERNARD

**OBJET :**

Le présent certificat renouvelle les certificats d'approbation C.E.E. de modèles n° 90.0.01.461.5.3 du 8 juin 1990<sup>(1)</sup> et n° 92.00.521.001.0 du 3 décembre 1992<sup>(2)</sup> relatifs aux séparateurs de gaz FAURE HERMAN modèles SEGA-100, SEGA-200, SEGA-500, SEGA-1000 et SEGA-2000.

**CARACTERISTIQUES :**

Les caractéristiques des modèles faisant l'objet du présent certificat sont identiques à celles des modèles approuvés par les certificats précités.

**CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION :**

Les conditions particulières d'installation des modèles faisant l'objet du présent certificat sont identiques à celles des modèles approuvés par les certificats précités.

---

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS

1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15

Tél. : 33 (0)1 40 43 37 00 - Fax : 33 (0)1 40 43 37 37

BARCLAYS PARIS CENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIB70 - CRCA PARIS IAA.DISTRIB. 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIB45

LABORATOIRES DE TRAPPES

29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex

Tél. : 33 (0)1 30 69 10 00 - Fax : 33 (0)1 30 69 12 34


E-mail : info@lne.fr

Siret 313 320 244 00012

NAF 743 B

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :**

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l'exception du signe d'approbation CEE de modèles qui est remplacé par le suivant :



**DEPOT DE MODELE :**

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/B011735-D3 et chez le fabricant.

**VALIDITE :**

Le présent certificat est valable jusqu'au 8 juin 2010.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.

(1) Revue de Métrologie, juillet 1990, page 878,

(2) Revue de Métrologie, décembre 1992, page 1798.