

Certificat d'examen de types
n° F-02-I-041 du 25 mars 2002

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par arrêté du 22 août 2001**

DDC/72/B011752-D8

Calibreurs acoustiques 01dB-Stell types Cal01 et Cal01S (classe 1)

Calibreur acoustique 01dB-Stell type Cal02 (classe 2)

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

FABRICANT :

01dB-Stell – 565 rue de Sans-Souci – 69760 LIMONEST

Atelier : 01dB-Stell - ZA du Val de Saune - 6 avenue Louis Blériot - 31570 SAINTE FOY
D'AIGREFEUILLE

OBJET :

Le présent certificat complète et renouvelle les décisions suivantes transférées au bénéfice de la société 01dB-Stell par le certificat d'examen de type n° 01.00.862.001.1 du 22 mai 2001 :

- n° 99.00.862.001.2 du 17 décembre 1999 relative aux calibreurs acoustiques 01dB modèles Cal01 et Cal01S,
- n° 99.00.862.002.2 du 17 décembre 1999 relative au calibreur acoustique 01dB modèle Cal02,

CARACTERISTIQUES :

Les calibreurs acoustiques 01dB-Stell types Cal01, Cal01S et Cal02 faisant l'objet du présent certificat diffèrent des modèles approuvés par les décisions précitées par des modifications mécaniques dans l'assemblage du calibreur.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION :

Les conditions particulières d'utilisation prévues dans la décision n° 99.00.862.001.2 du 17 décembre 1999 relative aux calibreurs 01dB modèles Cal01 et Cal01S restent applicables.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l'exception de la marque d'examen de type, composée du numéro et de la date du présent certificat.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION:

Les dispositions particulières prévues par la décision n° 99.00.862.001.2 du 17 décembre 1999 relative aux calibreurs modèles Cal01 et Cal01S restent applicables.

DEPOT DE MODELES :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/B011752-D8 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 17 décembre 2011.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.

