



**Certificat d'examen de type  
n° F-02-I-060 du 24 mai 2002**

**Organisme désigné par  
le ministère chargé de l'industrie  
par arrêté du 22 août 2001**

**DDC/72/C031164-D1**

**Sonomètre 01dB-Stell type Symphonie**

**(classe 1)**

-----

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

**FABRICANT :**

01dB-Stell – 565 rue de Sans-Souci – 69760 LIMONEST

Atelier : 01dB-Stell - ZA du Val de Saune - 6 avenue Louis Blériot - 31570 SAINTE FOY  
D'AIGREFEUILLE

**OBJET :**

Le présent certificat complète la décision n° 01.00.861.005.1 du 18 décembre 2001 relative au sonomètre 01dB type Symphonie.

**CARACTERISTIQUES :**

Le sonomètre 01dB-Stell type Symphonie faisant l'objet du présent certificat diffère du modèle approuvé par la décision précitée par le type de la liaison entre le boîtier de type Symphonie et la carte de type PCMCIA.

Cette liaison est celle faisant partie du modèle approuvé par la décision n° 98.00.861.004.2 du 12 octobre 1998 <sup>(1)</sup> relative au sonomètre 01dB modèle Symphonie.

Les autres caractéristiques restent inchangées.

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :**

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l'exception de la marque d'examen de type, composée du numéro et de la date du présent certificat.

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS

1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15

Tél. : 33 (0)1 40 43 37 00 - Fax : 33 (0)1 40 43 37 37

BARCLAYS PARIS CENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIB70 - CRCA PARIS IAA.DISTRIB. 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIB45

LABORATOIRES DE TRAPPES

29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex

Tél. : 33 (0)1 30 69 10 00 - Fax : 33 (0)1 30 69 12 34

E-mail : info@lne.fr

Siret 313 320 244 00012

NAF 743 B

**DISPOSITIONS PARTICULIERES :**

Les dispositions particulières prévues par la décision n° 98.00.861.004.2 du 12 octobre 1998 précitée restent applicables.

**DEPOT DE MODELE :**

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/C031164-D1, chez le fabricant et chez le demandeur.

**VALIDITE :**

Le présent certificat est valable jusqu'au 25 août 2010.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.

(1) Revue de Métrologie : janvier 1999, page 788.