



**Certificat d'examen de type
n° F-03-C-341 du 21 octobre 2003**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par arrêté du 22 août 2001**

DDC/22/D011151-D8-1

**Dispositif calculateur-indicateur électronique LAFON
type DECILON**

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau, du décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la Commission économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires et de la Recommandation internationale R117 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

FABRICANT :

LAFON EQUIPEMENTS PETROLIERS, 44 Avenue Victor Meunier, 33530 BASSENS.

OBJET :

Le présent certificat complète les décisions n° 95.00.510.006.1 du 3 août 1995 ⁽¹⁾, n° 97.510.005.1 du 23 avril 1997 ⁽²⁾, n° 98.00.510.001.1 du 22 janvier 1998 ⁽³⁾ et n° 98.00.510.005.1 du 18 mai 1998 ⁽⁴⁾.

CARACTERISTIQUES :

Le dispositif calculateur-indicateur électronique LAFON type DECILON faisant l'objet du présent certificat, diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par son logiciel. Le logiciel installé au sein du dispositif calculateur-indicateur électronique LAFON type DECILON faisant l'objet du présent certificat est référencé sous le numéro de version DECA400A et permet d'effectuer la commande de prédétermination du volume par le biais de l'interface série de type RS232.

Les autres caractéristiques ainsi que le scellement sont inchangés.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Le numéro et la date d'examen de type figurant sur la plaque d'identification des instruments concernés par le présent certificat sont identiques à ceux définis par le certificat n° 98.00.510.005.1 précité.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Les conditions particulières de vérification du dispositif calculateur-indicateur électronique LAFON type DECILON sont identiques à celles définies dans les décisions précitées. Toutefois, la conformité du logiciel doit être vérifiée par rapport à la version mentionnée dans le présent certificat.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/22/D011151-D8-1 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 3 août 2005.

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

- (1) Revue de Métrologie, août 1995, page 839.
- (2) Revue de Métrologie, juillet 1997, page 282.
- (3) Revue de Métrologie, mai 1998, page 162.
- (4) Revue de Métrologie, octobre 1998, page 519.