

**Certificat d'examen de type
n° F-05-D-0341 du 24/02/2005**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par arrêté du 22 août 2001**

DDC/22/D071276-D4

**Compteur d'énergie électrique ISKRAEMECO
type ME340**

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret du 28 décembre 1935 relatif à la vérification des compteurs d'énergie électrique et de l'arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la construction, et à l'approbation de types de compteurs d'énergie électrique, fondés sur un principe électronique.

FABRICANT :

ISKRAEMECO, D.D. – Savska loka 4 – 4000 Kranj – SLOVENIE.

OBJET :

Le présent certificat complète le certificat d'examen de type n° F-04-D-058 du 19 janvier 2004, relatif au compteur d'énergie électrique ISKRAEMECO type ME340.

CARACTERISTIQUES :

Le compteur d'énergie électrique ISKRAEMECO type ME340 faisant l'objet du présent certificat diffère du type approuvé par le certificat précité par les modifications suivantes :

- Modification des valeurs de certains composants électroniques de la sortie de téléinformation (R12, R26, R40, C33 et TR2) et de la sortie téléreport (R17 et C28),
- Suppression des diodes D11, D12, D13 et D14,
- Déplacements du transistor Q10 et de la résistance R26,
- Modifications mécaniques concernant les boutons poussoirs, les logements des vis de fixation des cache-bornes et des éléments de retenu des écrous de maintien de vis des cache-bornes.

La version logicielle est ME340-1.4 et la somme de contrôle est 783F (en hexadécimal).

SCELLEMENTS :

Les scellements restent inchangés par rapport à l'instrument faisant l'objet du certificat d'examen de type n° F-04-D-058 du 19 janvier 2004.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Le numéro de certificat d'examen de type et la date figurant sur la plaque d'identification des instruments concernés par le présent certificat sont identiques à ceux fixés par le certificat précité.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National d'Essais (LNE) sous la référence DDC/22/D071276-D4 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 19 janvier 2014.

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification