

Certificat d'examen de type
n° F-06-B-1303 du 5 octobre 2006

Accréditation
n° 5-0012

Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/22/G100129-D1

Instrument de pesage à fonctionnement automatique
doseuse pondérale types DPN, PLEA, SEPA, EPVINYL, DECS et DPB

Classe : Ref(0,2)

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l'arrêté du 5 août 1998 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique doseuses pondérales.

FABRICANT :

ERECAR JARRIER, ZA EN PIERRE, 01270 COLIGNY (FRANCE).

DEMANDEUR :

Le demandeur est le fabricant.

OBJET :

Le présent certificat complète :

- la décision n° 00.00.680.012.1 du 22 août 2000,
- le certificat n° 01.00.680.006.1 du 17 août 2001,
- le certificat n° F-05-B-1237 du 13 juillet 2005

relatifs à l'instrument de pesage à fonctionnement automatique doseuse pondérale types DPN, PLEA, SEPA, EPVINYL DECS et DPB.

CARACTERISTIQUES :

L'instrument de pesage à fonctionnement automatique doseuse pondérale types DPN, PLEA, SEPA, EPVINYL, DECS et DPB, ci-après désigné par «instrument», diffère des modèles ou types faisant l'objet de la décision et des certificats précités par les caractéristiques suivantes lorsque le module indicateur est un indicateur type MS 300 faisant l'objet du certificat d'essai LNE n°05-03 délivré par l'organisme notifié n°0071 (LNE, notifié par la France) à la société ADN PESAGE.

- Classe d'exactitude de référence : Ref(0,2)
- Nombre maximal d'échelons : n = 6000
- Portée minimale (et dose minimale assignée) associées à la classe Ref(0,2) :
 - * $\text{Min} \geq \text{Max} / 3$ lorsque $\text{Max} \geq 45$ kg
 - * $\text{Min} \geq \text{Max} / 4$ lorsque $45 \text{ kg} \geq \text{Max} \geq 4,5$ kg
 - * $\text{Min} \geq \text{Max} / 9$ lorsque $4,5 \text{ kg} \geq \text{Max}$

Les autres caractéristiques métrologiques, le scellement les conditions particulières de vérification et les remarques restent inchangés.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

La plaque d'identification d'un instrument reste identique à celle prévue par la décision et le certificat précités à l'exception du numéro et de la date qui sont remplacés par le numéro et la date figurant dans le titre du présent certificat.

DEPOT DE MODELE :

La demande est déposée au laboratoire National de Métrologie et d'essais (LNE) sous la référence G100129-D1 et chez le fabricant.

VALIDITE :

La limite de validité du présent certificat est le 13 juillet 2015.

Pour le Directeur général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification